

GLP (適合性評価) サービスのご案内



当社では、サーマルサイクラー製品の性能維持管理のため、機器の性能の適合性を評価するGLP評価サービスを行っております。GLPで要求される性能を評価することにより、日々お使いいただく装置の信頼性がさらに向上し、より安心して継続使用頂けます。

GLP (Good Laboratory Practice)

医薬品の安全性試験の実施に関する基準、前臨床段階での動物を使用した安全性試験を実施するに当たって、守るべき基準。

◆ 対象機種

Hangzhou Bioer Technology社製サーマルサイクラー

- LifeECO
- LifePro
- LifeTouch
- GenePro
- GeneTouch

◆ 評価項目

以下の項目について仕様範囲内かどうかを測定・評価した上で合否判定を行い、お客様へご報告致します。

- 温度正確性
- 温度均一性

■ 特記事項

部品交換修理が必要なときは、部品代・技術料は別途ご請求させていただきます。



LifeECO



LifeTouch



GeneTouch



お問い合わせは下記までご連絡ください。

 **日本ジェネティクス株式会社** <http://www.n-genetics.com> ✉ info@genetics-n.co.jp

本社 〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目4番14号 後楽森ビル18F
Tel. 03 (3813) 0961 Fax. 03 (3813) 0962

西日本営業所 〒604-8277 京都府京都市中京区西洞院通御池下ル565番地 ラフィーネ御池3F
Tel. 075 (257) 5421 Fax. 075 (257) 5422

価格は2016年4月現在のものです。製品は改良のため予告なく変更する場合があります。TOP1604