

サンプル発送ガイド


■ お送りいただく梱包物

DNA/ライブラリー調製済みサンプルの場合



- A** 保冷剤を同梱してください
- B** 緩衝材で隙間を埋めてください
- C** サンプルシートを同梱してください
- D** サンプル

RNAサンプルの場合



- A** ドライアイスと同梱してください
- B** 緩衝材で隙間を埋めてください
- C** サンプルシートを同梱してください
- D** サンプル

■ お送りいただくサンプルチューブについて

- 1) 1.5 mLチューブもしくは、2 mLチューブをご使用ください。96 well Plate, PCR stripe tubesはご使用いただけません。
- 2) チューブの名称とサンプルシートの名称は必ず一致させてください。
- 3) サンプル名は、チューブの蓋に記載してください。サンプル名称については、以下のルールで命名いただけますと幸いです。


英数字のみを使用し、8字以内で作成してください。 日本語や、右記の記号・文字は使用できません。	使用可能	英数字, _ (アンダースコア / アンダーバー)
	使用不可	日本語, & \ / : ; * ? " < >
最初の1字はアルファベットにしてください。 アルファベットを連続で記載する際は、2文字までに収めてください。	使用可能	例: D-01, RA-02
	使用不可	例: DNA-01, RNA-02
装置名、システム名、日付などは使用できません。	使用不可	例: CON, PRN, AUX, CLOCK\$, NUL, COM1, LPT1, January, Sep

- 4) サンプルの液量は、可能な限り多めにご準備ください。液量が微量の場合は、輸送時に蒸発するなどのリスクがございます。
- 5) チューブに破損が無いことを確認し、チューブの蓋をしっかりとめてください。

■ サンプルチューブの梱包


- 1) チューブは、小箱に入れて、サンプルシート記載の順に入れるよう、お願いします。
- 2) 箱の周りには、緩衝材などで保護を行ってください。
- 3) 小箱のご用意が難しい場合は、緩衝材にくるんでの送付を御願います。
緩衝材を使用しない場合、チューブが破損するリスクがございます。

DNA/ライブラリー調製済みサンプルの場合



- A 保冷剤を同梱してください
- B 緩衝材で隙間を埋めてください
- C サンプルシートを同梱してください
- D サンプル

RNAサンプルの場合



- A ドライアイスと同梱してください
- B 緩衝材で隙間を埋めてください
- C サンプルシートを同梱してください
- D サンプル

■ チェックリスト

- サンプルを梱包した
- サンプルシートを梱包した。
- ドライアイスを十分量同梱した。*DNA,ライブラリー調製済みサンプルの場合のみ、保冷剤のみも可。
- 以下メールでアドレスへ連絡を行った。

<ご送付時の連絡について>

ご送付の準備が整いましたら、info@genetics-n.co.jp まで、以下、4点の情報をお知らせください。

1. ご所属・ご氏名
2. 発送日
3. 追跡番号(運送会社)
4. サンプルシート *エクセルファイルを添付してお送りください。

■ サンプルの発送先

日本ジェネティクス株式会社
本社・営業部 宛て
住 所：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
電話番号：03 (3813) 0961

弊社営業日は、土日祝日や年末年始を除く平日午前9時から午後5時までとなっております。
発送者様の元払いで上記営業時間内に弊社に到着するよう、お送りください。
また、土日を含んだ発送は、リスクがあるためお控えください。

- * 輸送時のトラブルに関しては、弊社ではその責任を負いかねます。
- * 本確認事項を満たさないことで別途費用が発生した場合は、お客様に費用のご負担をお願いいたします。



日本ジェネティクス株式会社 〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
https://n-genetics.com ☑ info@genetics-n.co.jp ☎ 03 (3813) 0961 ☎ 03 (3813) 0962